

保医発1227第3号
平成25年12月27日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公印省略)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について

今般、特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）（平成20年厚生労働省告示第61号）の一部が平成25年厚生労働省告示第394号をもって改正され、平成26年1月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第1号）の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第5号）の一部改正について

別添3 「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日保医発0305第8号）の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
 (平成24年3月5日保医発0305第1号) の一部改正について

- 1 別添1の第2章第3部第3節D237の(1)のイを次のように改める。
 イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和度を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
- 2 別添1の第2章第6部第1節第1款G005-4に次のように加える。
 (3) 集中治療室等において、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に伴う発熱患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定できる。なお、(1)の規定にかかわらず、一連につき1回の算定とする。
- 3 別添1の第2章第10部第1節第2款K057を次のように改める。
 (1) 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。
 ア 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K228」眼窩骨折整復術による。
 イ 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
 ウ 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術による。
 (2) 上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術又は先天奇形に対する矯正手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K939」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。
- 4 別添1の第2章第10部第1節第3款K164の次に次のように加える。
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを使用し光線力学療法を行った場合は、本区分と区分番号「K510-2」光線力学療法「1」早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するものの所定点数を併せて算定できる。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式3により提出すること。
 (1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
 (2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法に関する所定の研修を修了していること。また、当該医師により本技術が実施されていること。

- (3) 脳腫瘍摘出術中の病理検査が可能な体制が整っていること。
- (4) 脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。
- (5) 当該療養に用いる機器について、適切に使用管理区域の設定がなされていること。
- (6) 悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法の研修プログラムを受講した機器管理責任者（医師又は臨床工学技士）が選定されており、本レーザ装置が適切に保守管理されていること。

5 別添1の第2章第10部第1節第8款K599、K599-2の次に次のように加える。

- (4) 着用型自動除細動器を使用した場合は、区分番号「K599」植込型除細動器移植術の所定点数に準じて、算定開始月から3月を限度として、月1回に限り算定する。ただし、区分番号「K599」植込型除細動器移植術に関する施設基準の届出を行っている保険医療機関において使用すること。
- (5) 着用型自動除細動器は、次のいずれかに該当する場合に算定する。
 - ア 心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高く、植込型除細動器（以下ICDという。）の適応の可否が未確定の患者を対象として、除細動治療を目的に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合
 - イ ICDの適応であるが、患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者を対象として、ICDの植え込みを行うまでの期間に限り使用する場合

6 別添1の第2章第10部第1節第8款K615の次に次のように加える。

- (5) 多血性腫瘍又は動静脈奇形に対して、血管内塞栓材を用いて動脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「2」の所定点数に準じて算定する。

別添様式 3

悪性脳腫瘍に対する光線力学療法の施設基準に係る届出書添付書類

1 標榜診療科（施設基準に係る標榜科名を記入すること。） 科		
2 脳神経外科の医師の氏名等		
常勤医師の氏名等	経験年数	所定の研修終了年月日
	年	
	年	
	年	
3 術中の病理検査が可能な体制	有・無	
4 病理部門の病理医の氏名		
5 合併症への対応の体制	有・無	
	(概要)	
6 当該機器の使用管理区域		
7 機器管理責任者の氏名等		
機器管理責任者の氏名	所定の研修終了年月日	

[記載上の注意]

- 「2」の経験年数は、当該診療科における経験年数を記載すること。また、「2」の常勤医師の氏名、勤務の態様及び勤務時間について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第3号)別添2の様式4を添付すること。
- 「2」及び「7」について、所定の研修修了証の写しを添付すること。ただし、「2」及び「7」は同一の者であってもよい。

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
 (平成24年3月5日保医発0305第5号) の一部改正について

1 I の 3 の(45-2)を次のように改める。

(45-2) 合成吸収性骨片接合材料

頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型は、頭蓋骨の成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。

2 I の 3 の(65)のキをクとし、カをキとし、オをカとし、エをオとし、ウをエとし、イをウとし、アの次に次のように加える。

イ 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭窄病変に対して使用された場合に限り算定できる。

3 I の 3 の(67)に次のように加える。

ク 体温調節用カテーテルは、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に伴う発熱患者に対し、体温調節の補助として使用した場合に限り算定できる。

4 I の 3 の(76)を次のように改める。

(76) カプセル型内視鏡

ア 大腸用は以下のいずれかに該当する場合に限り算定できる。

a 大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合

b 大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピが実施困難であると判断された患者に用いた場合

イ 大腸用を用いて大腸内視鏡検査を行った場合は、区分番号「D 3 1 3」大腸ファイバースコピ「3」上行結腸及び盲腸の点数に準じて算定する。

ウ 同一の患者につき、本品を用いる検査と大腸ファイバースコピを併せて2回以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、アのaに掲げる患者に対して行った場合は、併せて2回を限度として算定できる。

エ カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。

オ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付し、アのaに掲げる患者に対して用いた場合は、大腸ファイバースコピを実施した日付を明記すること。また、アのbに掲げる患者に対して用いた場合は、大腸ファイバースコピが施行困難である理由を明記すること。

5 I の 3 に次のように加える。

(100) 血管内塞栓材

動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。

6 (別紙) 080の(14)中「頭蓋骨閉鎖用クランプ」を「頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型」に改め、同(14)の次に次のように加える。

(15) 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型

吸収性接合材・F 9-k-2

7 (別紙) 134の(1)の次に次のように加える。

(7-2) 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートあり

人工血管・ヘパリン使用型・サポートあり

(7-3) 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートなし

人工血管・ヘパリン使用型・サポートなし

「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日
保医発0305第8号）の一部改正について

- 1 別表のIIの064の(1)の①を次のように改める。
 - ① 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であって、一般的名称が「体内固定システム」、「吸収性体内固定システム」、「体外固定システム」、「脊椎内固定器具」又は「脊椎ケージ」であること。
- 2 別表のIIの064の(3)の⑤のアを次のように改める。

ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。
- 3 別表のIIの080の(2)中「頭蓋骨閉鎖用クランプ（1区分）」を「頭蓋骨閉鎖用クランプ（2区分）」に、「合計14区分」を「合計15区分」に改める。
- 4 別表のIIの080の(3)の⑭中「頭蓋骨閉鎖用クランプ」を「頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型」に改め、同⑭に次のように加える。

エ ⑮に該当しないこと。
- 5 別表のIIの080の(3)に次のように加える。

⑯ 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型
次のいずれにも該当すること。

ア 頭蓋骨の固定を目的として使用する材料であること。
イ スクリューを併用せず、プレートに付属する糸を締め付けることにより、頭蓋骨閉鎖及び骨固定に使用するものであること。
ウ 単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。
- 6 別表のIIの087の(2)を次のように改める。

(2) 機能区分の考え方
使用目的、電極数等により、疼痛除去用（4極用）（1区分）、疼痛除去用（8極用）（1区分）、振戦軽減用（4極用）（1区分）、疼痛除去用（16極以上用）（2区分）、疼痛除去用（16極以上用）充電式（1区分）、疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型（2区分）及び振戦軽減用（16極以上用）充電式（1区分）の合計9区分に区分する。
- 7 別表のIIの087の(3)の④中「疼痛除去用（16極以上用）」を「疼痛除去用（16極以上用）・標準型」に改め、同④に次のように加える。

ウ ⑮に該当しないこと。
- 8 別表のIIの087の(3)の⑥中「疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型」を「疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・標準型」に改め、⑥を⑦とし、⑤を⑥とし、④の次に次のように加える。

⑤ 疼痛除去用（16極以上用）・MR I対応型
次のいずれにも該当すること。

- ア 疼痛除去を目的として使用すること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
- 9 別表のIIの087の(3)の⑦を⑨とし、⑥の次に次のように加える。
⑧ 疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・MRI対応型
次のいずれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用すること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。また充電により約10年間程度作動することが見込まれること。
エ 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行うことができる。
オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
- 10 別表のIIの112の(3)の⑦中「⑧及び⑩」を「⑧、⑩及び⑪」に改める。
- 11 別表のIIの112の(3)の⑧中「⑩」を「⑩及び⑪」に改める。
- 12 別表のIIの112の(3)の⑨中「トリプルチャンバ（II型）」を「トリプルチャンバ（II型）・標準型」に改め、同⑨に次のように加える。
エ ⑩に該当しないものであること。
- 13 別表のIIの112の(3)の⑩を⑪とし、⑨の次に次のように加える。
⑪ トリプルチャンバ（II型）・MRI対応型
次のいずれにも該当すること。
ア トリプルチャンバ型（心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。）であること。
イ レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
ウ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。
エ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
- 14 別表のIIの130の(1)中「5区分」を「6区分」に、「合計13区分」を「合計14区分」に改める。
- 15 別表のIIの130の(2)の②を次のように改める。
② 機能区分の考え方
使用目的により、一般型、インフュージョン型、パーフュージョン型、カッティング型、スリッピング防止型及び再狭窄抑制型の合計6区分に区分する。

- 16 別表のⅡの130の(2)の③のア中「イからオ」を「イからカ」に改める。
- 17 別表のⅡの130の(2)の③に次のように加える。
カ 再狭窄抑制型
冠動脈ステント内再狭窄病変のある患者に対し、経皮的冠動脈形成術のバルーン拡張時に、バルーンに塗布されている薬剤を血管内壁に吸収させることを目的に使用するカテーテルであること。
- 18 別表のⅡの133の(7)のイを次のように改める。
イ 緊急止血、術中止血、動脈塞栓術、動注化学療法等を実施する際に血流を遮断すること又は脳動脈瘤コイル塞栓術時のコイル塊の親動脈への突出・逸脱を防ぐための補助を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
- 19 別表のⅡの133に次のように加える。
(21) 体温調節用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム」であること。
② 発熱患者に対し、発熱負荷を軽減するための補助として、血管内で血液との熱交換を行う目的で使用するバルーンカテーテルであること。
③ 低体温療法に用いるものでないこと。
- 20 別表のⅡの134の(2)中「3区分」を「5区分」に、「合計8区分」を「合計10区分」に改める。
- 21 別表のⅡの134の(3)の⑤のウ中「⑦」を「⑦から⑨まで」に改める。
- 22 別表のⅡの134の(3)の⑥のウ中「⑦」を「⑦から⑨まで」に改める。
- 23 別表のⅡの134の(3)の⑧を⑩とし、⑦の次に次のように加える。
⑧ 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能(外部サポート)を有していること。
ウ 血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。
エ ①から⑦までに該当しないこと。
⑨ 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能(外部サポート)を有していないこと。
ウ 血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。
エ ①から⑦までに該当しないこと。

24 別表のⅡの144の(2)中「2区分」を「3区分」に、「1区分」を「2区分」に、「合計3区分」を「合計5区分」に改める。

25 別表のⅡの144の(3)を次のように改める。

(3) 機能区分の定義

① 単極又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

イ ②及び③に該当しないこと。

② 単極又は双極用・MR I 対応型

次のいずれにも該当すること。

ア 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

イ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有するものであること。

③ 単極又は双極用・自動調整機能付き

次のいずれにも該当すること。

ア 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

イ 右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するものであること。

④ 4極用・標準型

ア 接続する左室リードの電極が4極であること。

イ ⑤に該当しないこと。

⑤ 4極用・自動調整機能付き

ア 接続する左室リードの電極が4極であること。

イ 右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するものであること。

26 別表のⅡの145の(2)を次のように改める。

(2) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する吸収性の塞栓材であること。

27 別表のⅡの148を次のように改める。

148 カプセル型内視鏡

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的の名称が「カプセル型撮像及び追跡装置」であること。

② 小腸疾患又は大腸疾患の診断を行うために小腸粘膜又は大腸粘膜の撮影を行い、画像を提供することができ、飲み込み式のカプセル形状の画像送信機であること。

(2) 機能区分の考え方

構造及び使用目的により、小腸用及び大腸用の合計2区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 小腸用

小腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。

② 大腸用

大腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。

28 別表のⅡの157を次のように改める。

157 消化管用ステントセット

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であつて、一般的名称が「胃十二指腸用ステント」又は「大腸用ステント」であること。
- ② 悪性腫瘍等による消化管狭窄部に対し、消化管の拡張又は管腔の維持を目的に経内視鏡的に消化管内に留置して使用するステント（ガイドワイヤー及びデリバリーカテーテルを含む。）であること。
- ③ デリバリーカテーテルについては、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。
- ④ ステントについては、メッシュ（網目）状の筒に拡張する機能を有すること。
- ⑤ 食道用ステントに該当しないこと。

(2) 機能区分の考え方

機能及び構造により、カバーなし及びカバーありの合計2区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① カバーなし

ステント表面が皮膜によりカバーされていないこと。

② カバーあり

ステント表面が皮膜によりカバーされていること。

29 別表のⅡの183を次のように改める。

183 血管内塞栓材

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であつて、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」及び「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
- ② カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。

(2) 機能区分の考え方

機能及び使用目的により、止血用、動脈塞栓療法用及び動脈化学塞栓療法用の合計3区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 止血用

出血に対して、カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成し、止血を行うことを目的とするものであること。

② 動脈塞栓療法用

ア 多血性腫瘍又は動静脈奇形を有する患者に対し、動脈塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。

イ 球状の粒子であること。

ウ ③に該当しないこと。

③ 動脈化学塞栓療法用

ア 多血性腫瘍（子宮筋腫を除く。）又は動静脈奇形を有する患者に対し、抗がん剤等の薬剤を含浸し、動脈化学塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。
イ 球状の粒子であること。

30 別表のIVの024の(3)の②のイを次のように改める。

イ 骨との親和性を高めるため、インプラント体表面に陽極酸化処理又はサンドブラスト及び酸エッティングの複合粗面処理が施されているものであること（カバースクリューがセットのものも含む。）。

(参考)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について
(傍線の部分は改正部分)

別添1	改 正 後	現 行
	医科診療報酬点数表に関する事項	医科診療報酬点数表に関する事項
第2章 特掲診療料 第3部 検査	第2章 特掲診療料 第3部 檢査	第2章 特掲診療料 第3部 檢査
第3節 生体検査料 D 2 3 7 終夜睡眠ポリグラフィー (1) 「1 携帯用装置を使用した場合」 ア (略)	第3節 生体検査料 D 2 3 7 終夜睡眠ポリグラフィー (1) 「1 携帯用装置を使用した場合」 ア (略)	イ 鼻呼吸センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮による呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の区分番号「D 2 2 3」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D 2 3 - 2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。 ウ～エ (略)
第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料 G 0 0 5 - 4 カフ型緊急時プラッドアクセス用留置カテーテル挿入 (1)～(2) (略) (3) 集中治療室等において、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に伴う発熱患者に対して、中心静脈留置	第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料 G 0 0 5 - 4 カフ型緊急時プラッドアクセス用留置カテーテル挿入 (1)～(2) (略)	第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料 G 0 0 5 - 4 カフ型緊急時プラッドアクセス用留置カテーテル挿入 (1)～(2) (略)

経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定できる。なお、(1) の規定にかかわらず、一連として1回の算定とする。

第10部 手術

第1節 手術料

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

K 0 5 7 変形治癒骨折矯正手術

(1) 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。

ア～ウ (略)

(2) 上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術又は先天奇形に対する矯正手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K 9 3 9」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。

第3款 神経系・頭蓋

K 1 4 5～K 1 6 4 (略)

K 1 6 9 頭蓋内腫瘍摘出術

原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対し PDT 半導体レーザを使用し光線力学療法を行った場合は、本区分と区分番号「K 5 1 0－2」光線力学療法「1」早期肺がん（0期又は1期に限る。）に対するもの所定点数を併せて算定できる。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式3により提出すること。

(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。

(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている

第10部 手術

第1節 手術料

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

K 0 5 7 変形治癒骨折矯正手術

(1) 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。

ア～ウ (略)

(2) 上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術又は先天奇形に対する矯正手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K 9 3 9」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定する。

第3款 神経系・頭蓋

K 1 4 5～K 1 6 4 (略)

K 1 6 9 頭蓋内腫瘍摘出術

原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対し PDT 半導体レーザを使用し

光線力学療法を行った場合は、本区分と区分番号「K 5 1 0－2」光線力学療法「1」早期肺がん（0期又は1期に限る。）に対するもの所定点数を併せて算定できる。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式3により提出すること。

(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。

(2) 5年以上的脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている

悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法に関する所定の研修を行っていること。また、当該医師により本技術が実施されていること。

(3) 脳腫瘍摘出術中の病理検査が可能な体制が整っていること。

(4) 脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。

(5) 当該療養に用いる機器について、適切に使用管理区域の設定がなされていること。

(6) 悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法の研修プログラムを受講した機器管理責任者（医師又は臨床工学技士）が選定されており、本レーザ装置が適切に保守管理されていること。

K 1 7 4 ~ K 1 9 6 - 5 (略)

第8款 心・脈管

K 5 9 9 植込型除細動器移植術、K 5 9 9 - 2 植込型除細動器交換術

(1) ~ (3) (略)

(4) 着用型自動除細動器を使用した場合は、区分番号「K 5 9 9」植込型除細動器移植術の所定点数に準じて、算定開始月から3月を限度として、月1回に限り算定する。ただし、区分番号「K 5 9 9」植込型除細動器移植術に関する施設基準の届出を行っている保険医療機関において使用すること。

(5) 着用型自動除細動器は、次のいずれかに該当する場合に算定する。

ア 心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高く、植込型除細動器（以下ICDという。）の適応の可否が未確定の患者を対象として、除細動治療を目的に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合
イ ICDの適応であるが、患者の状態等により直ちにはICD

第8款 心・脈管

K 5 9 9 植込型除細動器移植術、K 5 9 9 - 2 植込型除細動器交換術

(1) ~ (3) (略)

K 1 7 4 ~ K 1 9 6 - 5 (略)

が植え込める患者を対象として、ICDの植え込みを行うま
での期間に限り使用する場合

K 615 血管塞栓術

(1) ~ (4) (略)

(5) 多血性腫瘍又は動静脈奇形に対して、血管内塞栓材を用いて動
脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「2」の所
定点数に準じて算定する。

K 615 血管塞栓術
(1) ~ (4) (略)

多血性腫瘍又は動静脈奇形に対して、血管内塞栓材を用いて動
脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「2」の所
定点数に準じて算定する。

別添様式 3

悪性脳腫瘍にに対する光線力学療法の施設基準に係る

届出書添付書類

1 標榜診療科（施設基準に係る標榜科名を記入すること。） 科		
2 脳神経外科の医師の氏名等		
常勤医師の氏名等	経験年数	所定の研修終了年月日
		年
		年
		年
3 術中の病理検査が可能な体制	有	無
4 病理部門の病理医の氏名		
5 合併症への対応の体制	有	無
6 当該機器の使用管理区域 (概要)		
7 機器管理責任者の氏名等		
機器管理責任者の氏名	所定の研修終了年月日	

【記載上の注意】

- 「2」の経験年数は、当該診療科における経験年数を記載すること。
- また、「2」の常勤医師の氏名、勤務の態様及び勤務時間について、
「特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

り扱いについて」（平成24年3月5日保医発0305第3号）別添2
の様式4を添付すること。

2 「2」及び「7」について、所定の研修修了証の写しを添付すること。
ただし、「2」及び「7」は同一の者であつてもよい。

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について
(参考)
(傍線の部分は改正部分)

改 正 後	現 行
I 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）以下「算定方法告示」という。別表第一医科診療報酬点数表に関する事項 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）に係る取扱い ⑥ 合成吸収性骨片接合材料 頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型は、頭蓋骨の成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。	I 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）以下「算定方法告示」という。別表第一医科診療報酬点数表に関する事項 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）に係る取扱い ⑥ 合成吸収性骨片接合材料 頭蓋骨閉鎖用クランプは、頭蓋骨の成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。
（a）心臓手術用カテーテル ア 心臓手術用カテーテルに併用されるガイドワイヤー等の特定保険医療材料は別途算定できる。	（a）心臓手術用カテーテル ア 心臓手術用カテーテルに併用されるガイドワイヤー等の特定保険医療材料は別途算定できる。
I 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭窄病変に対して使用された場合に限り算定できる。 イ 特定保険医療材料以外の保険医療材料であつて心臓手術用カテーテルに併用されるもの（三方活栓、延長チューブ、インデフレーター等）は算定できない。	I 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭窄病変に対して使用された場合に限り算定できる。 イ 特定保険医療材料以外の保険医療材料であつて心臓手術用カテーテルに併用されるもの（三方活栓、延長チューブ、インデフレーター等）は算定できない。
エ 冠動脈用ステントセントセット救急処置型は、対象血管内径2.75mmから5.0mmの冠動脈又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血が困難な血液漏出がある患者に対する救命の為の緊急処置に使用された場合のみ算定できる。	エ 冠動脈用ステントセントセット救急処置型は、対象血管内径2.75mmから5.0mmの冠動脈又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血が困難な血液漏出がある患者に対する救命の為の緊急処置に使用された場合のみ算定できる。
オ 冠動脈用ステントセントセット救急処置型は、本医療材料による処置が不成功となつた場合に適切な処置が行えるよう、心臓外科的処置のできる施設若しくは近隣の医療機関との連携により緊急事態に対応できる施設で使用された場合のみ算定できる。	エ 冠動脈用ステントセントセット救急処置型は、本医療材料による処置が不成功となつた場合に適切な処置が行えるよう、心臓外科的処置のできる施設若しくは近隣の医療機関との連携により緊急事態に対応できる施設で使用された場合のみ算定できる。
カ 冠動脈用ステントセントセット救急処置型は、血管造影法、経皮的冠動	カ 冠動脈用ステントセントセット救急処置型は、血管造影法、経皮的冠動

脈形成術及び経皮的冠動脈ステント留置術に熟練し、かつ、本医療材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用すること。

キ 冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは慢性完全狭窄症例や冠動脈完全閉塞の急性心筋梗塞等ガイドワイヤー通過困難な症例において、経皮的冠動脈形成術の施行時に使用した場合に算定できる。

ク 特殊カテーテルのうち、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルの材料価格には、同時に使用されるモータードライブユニット等（アドバンサー、カッターカーテール、止血弁等）の費用が含まれ別に算定できない。

(6) 血管内手術用カテーテル

アヘキ（略）

ク 体温調節用カテーテルは、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に伴う発熱患者に対し、体温調節の補助として使用した場合に限り算定できる。

(7) カプセル型内視鏡

ア 大腸用は以下のいずれかに該当する場合に限り算定できる。

ア 大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピ一を実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかつた患者に用いた場合

イ 大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピ一が実施困難であると判断された患者に用いた場合

イ 大腸用を用いて大腸内視鏡検査を行った場合は、区分番号「D 3 13」大腸ファイバースコピ一「3」上行結腸及び盲腸の点数に準じて算定する。

ウ 同一の患者につき、本品を用いる検査と大腸ファイバースコピ一

脈形成術及び経皮的冠動脈ステント留置術に熟練し、かつ、本医療材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用すること。

カ 冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは慢性完全狭窄症例や冠動脈完全閉塞の急性心筋梗塞等ガイドワイヤー通過困難な症例において、経皮的冠動脈形成術の施行時に使用した場合に算定できる。

キ 特殊カテーテルのうち、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルの材料価格には、同時に使用されるモータードライブユニット等（アドバンサー、カッターカーテール、止血弁等）の費用が含まれ別に算定できない。

(8) 血管内手術用カテーテル

アヘキ（略）

(9) 削除

を併せて2回以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、アのaに掲げる患者に対して行った場合は、併せて2回を限度として算定できる。

エ カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。

オ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付し、アのaに掲げる患者に対して用いた場合は、大腸ファイバースコッピーコピーを実施した日付を明記すること。また、アのbに掲げる患者に対して用いた場合は、大腸ファイバースコッピーコピーが施行困難である理由を明記すること。

(10) 血管内塞栓材

動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号) (別紙) の一部改正について

改 正 後	現 行
(別紙)	(別紙)
告示名 080 合成吸収性骨片接合材料 (1) スクリュー・一般用 (2) スクリュー・頭蓋・頸・顔面・小骨用 (3) 中空スクリュー (4) ステートプレート (5) その他のプレート (6) インターフェンススクリュー (7) スーチャーアンカー (8) ボタン (9) ワッシャー (10) ピン・一般用 (11) ピン・胸骨・肋骨用 (12) シート・メッシュ型 (I) (13) シート・メッシュ型 (II) (14) 頭蓋骨閉鎖用クランプ (15) 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型	略称 080 合成吸収性骨片接合材料 (1) スクリュー・一般用 (2) スクリュー・頭蓋・頸・顔面・小骨用 (3) 中空スクリュー (4) ステートプレート (5) その他のプレート (6) インターフェンススクリュー (7) スーチャーアンカー (8) ボタン (9) ワッシャー (10) ピン・一般用 (11) ピン・胸骨・肋骨用 (12) シート・メッシュ型 (I) (13) シート・メッシュ型 (II) (14) 頭蓋骨閉鎖用クランプ (15) 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型
告示名 134 人工血管 (1) 永久留置型・大血管用・分岐なし (2) 永久留置型・大血管用・1分岐 (3) 永久留置型・大血管用・2分岐以上 (4) 永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用 (5) 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり (6) 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし (7) 永久留置型・小血管用・セルフシーリング (7-2) 永久留置型・小血管用・ヘリシン使用型・外部サポートあり (7-3) 永久留置型・小血管用・ヘリシン使用型・外部サポートなし (8) 一時留置型	略称 134 人工血管 (1) 永久留置型・大血管用・分岐なし (2) 永久留置型・大血管用・1分岐 (3) 永久留置型・大血管用・2分岐以上 (4) 永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用 (5) 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり (6) 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし (7) 永久留置型・小血管用・セルフシーリング (7-2) 永久留置型・小血管用・ヘリシン使用型・外部サポートあり (7-3) 永久留置型・小血管用・ヘリシン使用型・外部サポートなし (8) 一時留置型

(参考)

「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改 正 後		現 行
(別表) II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格	(別表) II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格	
064 脊椎固定用材料 (1) 定義 次のいづれにも該当すること ① 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であつて、一般的名称が「体内固定システム」、「吸収性体内固定システム」、「体外固定システム」、「脊椎内固定器具」又は「 <u>脊椎ケージ</u> 」であること。 ② (略) ③ 機能区分の定義 ①～④ (略) ⑤ 脊椎スクリュー（固定型） 次のいづれにも該当すること。 ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は <u>脊椎ケージ</u> を脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。 イ (略) ⑥～⑩ (略)	064 脊椎固定用材料 (1) 定義 次のいづれにも該当すること ① 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であつて、一般的名称が「体内固定システム」、「吸収性体内固定システム」、「体外固定システム」、「脊椎内固定器具」又は「 <u>脊椎ケージ</u> 」であること。 ② (略) ③ 機能区分の定義 ①～④ (略) ⑤ 脊椎スクリュー（固定型） 次のいづれにも該当すること。 ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は <u>脊椎ケージ</u> を脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。 イ (略) ⑥～⑩ (略)	
080 合成吸収性骨片接合材料 (1) (略) (2) 機能区分の考え方	080 合成吸収性骨片接合材料 (1) (略) (2) 機能区分の考え方	

形状及び使用部位により、スクリュー（2区分）、中空スクリュー（1区分）、ストレートプレート（1区分）、その他のプレート（1区分）、インターーフェンススクリュー（1区分）、スチヤーアンカー（1区分）、ボタン（1区分）、ワッシャー（1区分）、ピン（2区分）、シート・メッシュ型（I）（1区分）、シート・メッシュ型（II）（1区分）及び頭蓋骨閉鎖用クランプ（2区分）の合計15区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①～⑬ (略)

⑭ 頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑯に該当しないこと。

⑮ 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型

次のいずれにも該当すること。
ア 頭蓋骨の固定を目的として使用的する材料であること。

イ スクリューを併用せず、プレートに付属する糸を締め付けること

により、頭蓋骨閉鎖及び骨固定に使用するものであること。

ウ 単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。

形状及び使用部位により、スクリュー（2区分）、中空スクリュー（1区分）、ストレートプレート（1区分）、その他のプレート（1区分）、インターーフェンススクリュー（1区分）、スチヤーアンカー（1区分）、ボタン（1区分）、ワッシャー（1区分）、ピン（2区分）、シート・メッシュ型（I）（1区分）、シート・メッシュ型（II）（1区分）及び頭蓋骨閉鎖用クランプ（1区分）の合計14区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①～⑬ (略)

⑭ 頭蓋骨閉鎖用クランプ

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑯に該当しないこと。

⑮ 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型

次のいずれにも該当すること。
ア 頭蓋骨の固定を目的として使用的する材料であること。

イ スクリューを併用せず、プレートに付属する糸を締め付けること

により、頭蓋骨閉鎖及び骨固定に使用するものであること。

ウ 単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

使用目的、電極数等により、疼痛除去用（4極用）（1区分）、疼痛除去用（8極用）（8極用）（1区分）、振戦軽減用（4極用）、疼痛除去用（16極以上用）、疼痛除去用（16極以上用）（2区分）、疼痛除去用（16極以上用）充電式（1区分）、疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型及び振戦軽減用（16極以上用）充電式の合計7区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①～③ (略)

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

使用目的、電極数により、疼痛除去用（4極用）、疼痛除去用（8極用）、振戦軽減用（4極用）、疼痛除去用（16極以上用）、疼痛除去用（16極以上用）充電式、疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型及び振戦軽減用（16極以上用）充電式の合計7区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①～③ (略)

④ 疼痛除去用 (16 極以上用) • 標準型
次のいづれにも該当すること。
ア～イ (略)

ウ ⑤に該当しないこと。

⑤ 疼痛除去用 (16 極以上用) • MR I 対応型

次のいづれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用すること。

イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に
1.5 テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有す
るものであること。

⑥ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式

次のいづれにも該当すること。
ア～ウ (略)

⑦ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式・体位変換対応型・標準型

次のいづれにも該当すること。
ア～エ (略)

オ ⑧に該当しないこと。

⑧ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式・体位変換対応型・MR I 対応
型

次のいづれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用するものであること。

イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電
できること。また充電により約 10 年間程度作動することが見込まれ
ること。

エ 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行う
ことができること。

オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に

④ 疼痛除去用 (16 極以上用) (略)
次のいづれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑤に該当しないこと。

⑤ 疼痛除去用 (16 極以上用) • MR I 対応型

次のいづれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用すること。

イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に
1.5 テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有す
るものであること。

⑥ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式

次のいづれにも該当すること。
ア～ウ (略)

⑦ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式・体位変換対応型
次のいづれにも該当すること。
ア～エ (略)

⑧ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式・体位変換対応型・MR I 対応
型

次のいづれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用するものであること。

イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電
できること。また充電により約 10 年間程度作動することが見込まれ
ること。

エ 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行う
ことができること。

オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に

④ 疼痛除去用 (16 極以上用) (略)
次のいづれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑤に該当しないこと。

⑤ 疼痛除去用 (16 極以上用) • MR I 対応型

次のいづれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用すること。

イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に
1.5 テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有す
るものであること。

⑥ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式

次のいづれにも該当すること。
ア～ウ (略)

⑦ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式・体位変換対応型
次のいづれにも該当すること。
ア～エ (略)

⑧ 疼痛除去用 (16 極以上用) 充電式・体位変換対応型・MR I 対応
型

次のいづれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用するものであること。

イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電
できること。また充電により約 10 年間程度作動することが見込まれ
ること。

エ 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行う
ことができること。

オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に

1.5 テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有するものであること。

⑨ 振動軽減用 (16極以上用) 充電式

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

⑦ 振動軽減用 (16極以上用) 充電式

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

112 植込型除細動器

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

ベースメーカーは、次に規定する機能の有無等により11区分に区分する。

①～⑦ (略)

(3) 機能区分の定義

①～④ (略)

⑤ デュアルチャンバ (IV型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑥に該当しないこと。

⑥ (略)

⑦ トリプルチャンバ (I型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑧、⑩及び⑪に該当しないものであること。
ア～ウ (略)

⑧ トリプルチャンバ (I型) ・極性可変型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

オ ⑩及び⑪に該当しないものであること。
ア～ウ (略)

⑨ トリプルチャンバ (II型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

⑩ ⑪に該当しないものであること。

ア～ウ (略)

⑫ ⑬に該当しないものであること。

ア～ウ (略)

⑭ ⑮に該当しないものであること。

ア～ウ (略)

112 植込型除細動器

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

ベースメーカーは、次に規定する機能の有無等により9区分に区分する。

①～⑦ (略)

(3) 機能区分の定義

①～④ (略)

⑤ デュアルチャンバ (IV型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑥に該当しないこと。

⑥ (略)

⑦ トリプルチャンバ (I型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑧及び⑩に該当しないものであること。

エ ⑪に該当すること。
ア～ウ (略)

⑧ トリプルチャンバ (I型) ・極性可変型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

エ ⑩及び⑪に該当しないものであること。
ア～ウ (略)

⑨ トリプルチャンバ (II型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア～ウ (略)

⑭ ⑮に該当しないものであること。

ア～ウ (略)

⑯ ⑰に該当しないものであること。

ア～ウ (略)

⑱ ⑲に該当しないものであること。

ア～ウ (略)

区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

ア 一般型

イからカに該当しない経皮的冠動脈形成術用カテーテルであること。

イ～オ (略)

カ 再狭窄抑制型

冠動脈スコント内再狭窄病変のある患者に対し、経皮的冠動脈形成術のバルーン拡張時に、バルーンに塗布されている薬剤を血管内壁に吸収させることを目的に使用するカテーテルであること。

る。

(3) 機能区分の定義

ア 一般型

イから才に該当しない経皮的冠動脈形成術用カテーテルであること。
イ～オ (略)

カ 再狭窄抑制型

冠動脈スコント内再狭窄病変のある患者に対し、経皮的冠動脈形成術のバルーン拡張時に、バルーンに塗布されている薬剤を血管内壁に吸収させることを目的に使用するカテーテルであること。

133 血管内手術用カテーテル

(1)～(6) (略)

(7) オクリュージョンカテーテル

① 定義

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ 緊急止血、術中止血、動脈塞栓術、動注化学療法等を実施する際に血流を遮断すること又は脳動脈瘤コイル塞栓術時のコイル塊の親動脈への突出・逸脱を防ぐための補助を目的に使用するバルーンカテーテルであること。

②～③ (略)

(8)～(9) (略)

(10) 体温調節用カテーテル

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具 (12) 理学診療用器具」であつて、一般的名称が「中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム」であること。

② 発熱患者に対し、発熱負荷を軽減するための補助として、血管内で血液との熱交換を行う目的で使用するバルーンカテーテルであること。

③ 低体温法に用いるものでないこと。

134 人工血管

(1) (略)
(2) 機能区分の考え方
使用目的により永久留置型及び一時留置型に大別し、使用部位、構造及び材質により大血管用（4区分）、小血管用（5区分）及び一時留置型（1区分）の合計10区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

- ①～④ (略)
⑤ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
アヘイ (略)
ウ ①から④まで及び⑦から⑨までに該当しないこと。
⑥ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。
アヘイ (略)
ウ ①から④まで及び⑦から⑨までに該当しないこと。
⑦ (略)
⑧ 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有していること。
ウ 血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。

134 人工血管

(1) (略)
(2) 機能区分の考え方
使用目的により永久留置型及び一時留置型に大別し、使用部位、構造及び材質により大血管用（4区分）、小血管用（3区分）及び一時留置型（1区分）の合計8区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

- ①～④ (略)
⑤ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
アヘイ (略)
ウ ①から④まで及び⑦に該当しないこと。
⑥ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。
アヘイ (略)
ウ ①から④まで及び⑦に該当しないこと。
⑦ (略)

エ ①から⑦までに該当しないこと。
⑨ 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。

イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有していないこと。

ウ 血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。

エ ①から⑦までに該当しないこと。

⑩ 一時留置型

次のいずれにも該当すること。

アヘイ (略)

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器
(略)

(2) 機能区分の考え方

リードの構造等により、単極又は双極用(3区分)及び4極用(2区分)の合計5区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 単極又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ ②及び③に該当しないこと。

② (略)

③ 単極又は双極用・自動調整機能付き

次のいずれにも該当すること。

ア 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

イ 右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するものあること。

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器
(略)

(2) 機能区分の考え方

リードの構造等により、単極又は双極用(2区分)及び4極用(1区分)の合計3区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 単極又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ ②に該当しないこと。

② (略)

<p>④ 4極用・標準型</p> <p>ア 接続する左室リードの電極が4極であること。</p> <p>イ ⑤に該当しないこと。</p> <p>⑤ 4極用・自動調整機能付き</p> <p>ア 接続する左室リードの電極が4極であること。</p> <p>イ <u>右室同期左室単獨ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するもの</u>であること。</p>	<p>③ 4極用</p> <p>接続する左室リードの電極が4極であること。</p>
<p>145 肝動脈塞栓材</p> <p>定義</p> <p>次のいづれにも該当すること。</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する塞栓材であること。</p>	<p>145 肝動脈塞栓材</p> <p>定義</p> <p>次のいづれにも該当すること。</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する塞栓材であること。</p>
<p>148 カプセル型内視鏡</p> <p>定義</p> <p>次のいづれにも該当すること。</p> <p>① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であつて、一般的の名称が「カプセル型撮像及び追跡装置」であること。</p> <p>② 小腸疾患又は大腸疾患の診断を行うために小腸粘膜又は大腸粘膜の撮影を行い、画像を提供することができ、飲み込み式のカプセル形状の画像送信機であること。</p> <p>(2) 機能区分の考え方</p> <p>構造及び使用目的により、小腸用及び大腸用の合計2区分に区分する。</p> <p>(3) 機能区分の定義</p> <p>① 小腸用</p> <p>小腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡である</p>	<p>148 カプセル型内視鏡</p> <p>定義</p> <p>次のいづれにも該当すること。</p> <p>① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であつて、一般的の名称が「カプセル型撮像及び追跡装置」であること。</p> <p>② 小腸疾患又は大腸疾患の診断を行うために小腸粘膜又は大腸粘膜の撮影を行い、画像を提供することができ、飲み込み式のカプセル形状の画像送信機であること。</p> <p>(2) 機能区分の考え方</p> <p>構造及び使用目的により、小腸用及び大腸用の合計2区分に区分する。</p> <p>(3) 機能区分の定義</p> <p>① 小腸用</p> <p>小腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡である</p>

② 大腸用

大腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。

157 消化管用ステントセット

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器」であって、一般的名称が「胃十二指腸用ステント」又は「大腸用ステント」であること。
- ② 悪性腫瘍等による消化管狭窄部に対し、消化管の拡張又は管腔の維持を目的に経内視鏡的に消化管内に留置して使用するステント（ガイドワイヤー及びデリバリーカテーテルを含む。）であること。
- ③ デリバリーカテーテルについては、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。
- ④ ステントについては、メッシュ（網目）状の筒に拡張する機能を有すること。
- ⑤ 食道用ステントに該当しないこと。

(2) 機能区分の考え方

機能及び構造により、カバーなし及びカバーありの合計2区分にする。

(3) 機能区分の定義

- ① カバーなし
ステント表面が皮膜によりカバーされていないこと。
- ② カバーあり
ステント表面が皮膜によりカバーされていること。

157 消化管用ステントセット

定義

次のいずれにも該当すること。

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器」であって、一般的名称が「胃十二指腸用ステント」又は「大腸用ステント」であること。
- ② 悪性腫瘍等による消化管狭窄部に対し、消化管の拡張又は管腔の維持を目的に経内視鏡的に消化管内に留置して使用するステント（ガイドワイヤー及びデリバリーカテーテルを含む。）であること。
- ③ デリバリーカテーテルについては、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。
- ④ ステントについては、メッシュ（網目）状の筒に拡張する機能を有すること。
- ⑤ 食道用ステントに該当しないこと。

(5) 食道用ステントに該当しないこと。

<p>(1) 定義</p> <p>次のいづれにも該当すること。</p> <p>① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管」であつて、一般的な名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」及び「血管内塞栓促進用補綴材」であること。</p> <p>② カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。</p> <p>(2) 機能区分の考え方</p> <p>機能及び使用目的により、止血用、動脈塞栓療法用及び動脈化学塞栓療法用の合計3区分に区分する。</p> <p>(3) 機能区分の定義</p>	<p>定義</p> <p>次のいづれにも該当すること。</p> <p>(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管」であつて、一般的な名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」及び「血管内塞栓促進用補綴材」であること。</p> <p>(2) 出血に対して、カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。</p> <p>(1) 止血用</p> <p>出血に対して、カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成し、止血を行うことを目的とするものであること。</p> <p>(2) 動脈塞栓療法用</p> <p>ア 多血性腫瘍又は動静脈奇形を有する患者に対し、動脈塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。</p> <p>イ 球状の粒子であること。 ウ ③に該当しないこと。</p> <p>(3) 動脈化学塞栓療法用</p> <p>ア 多血性腫瘍（子宮筋腫を除く。）又は動静脈奇形を有する患者に対し、抗がん剤等の薬剤を含浸し、動脈化学塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。 イ 球状の粒子であること。</p>
<p>IV 歯科点数表の第2章第8部及び第9部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格</p>	<p>IV 歯科点数表の第2章第8部及び第9部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格</p>

024 インプラント体 (1) (略) (2) (略) (3) 機能区分の定義 ① (略) ② 標準型(II) 次のいずれにも該当すること。 ア (略) イ 骨との親和性を高めるため、インプラント体表面に陽極酸化処理又はサンドブラスト及び酸エッティングの複合粗面処理が施されているものであること（カバースクリューがセットのものも含む。）。	024 インプラント体 (1) (略) (2) (略) (3) 機能区分の定義 ① (略) ② 標準型(II) 次のいずれにも該当すること。 ア (略) イ 骨との親和性を高めるため、インプラント体表面に陽極酸化処理が施されているものであること（カバースクリューがセットのものも含む。）。
---	--